

frd:

foreningen af radiografer i danmark



Statens Institut for Strålebeskyttelse
Att. Sektionsleder for Strålebeskyttelse
Knapholm 7
2730 Herlev

H. C. Ørsteds Vej 70, 2. tv.
1879 Frederiksberg C
Telefon: 3537 4339
Fax: 3537 4342
Hjemmeside: www.radiograf.dk
E-mail: frd@radiograf.dk
Åbningstid:
Man.-torsdag kl. 09.00 - 14.30
Fredag kl. 09.00 - 13.00

Frederiksberg, den 7. april 2008

Vedrørende transportable CT-scannere

Foreningen af Radiografer i Danmark er blevet bekendt med, at der på Aalborg Nord er indkøbt det, der omtales som transportabel CT-scanner – der er tale om gennemlysning og 3D, altså andet og mere end en C-bue, som vi normalt kender fra operationsafdelingerne.

De oplysninger vi er i besiddelse af er følgende:

- Det transportable udstyr skal anvendes under scolioseoperationer, det vil sige at der, i stor udstrækning, er tale om unge kvinder.
- CTDI-værdierne vurderes til at være halvdelen af CT-niveau.
- Der gives dobbelt mAs/slice i forhold til CT.
- Apparaturet skal køres af operationssygeplejersker og en portør efter kort introduktion.

Da det er det første udstyr af den type, FRD har hørt om, er vi naturligvis interesseret i hvordan SiS forholder sig til, at det ikke er radiografer eller røntgensygeplejersker, der skal køre udstyret, idet vi mener der er tale om væsentlige doser.

De bedste hilsner

Charlotte Graungaard Bech
Formand, FRD